



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表 (07 版)

编号: 1128-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	江苏双马线缆科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
制造部	千分尺	1	(0~25) mm	$\pm 0.004\text{mm}$ $U=0.001\text{mm}$ $k=2$	量块 3 等	方溯认证检测研究院 (深圳) 有限公司	2022.09.02	√
制造部	游标卡尺	SM-02	(0~150) mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.02\text{mm}$ $k=2$	量块 5 等	方溯认证检测研究院 (深圳) 有限公司	2022.09.02	√
品管部	线材伸长测试机	8108398	SB108X	长度: $U=0.2\text{mm}$ $k=2$ 伸长率: $U=0.5\%$ $k=2$	数显卡尺 $\pm 0.04\text{mm}$ 电子秒表 $U=0.01\text{s}$ $k=2$ 钢直尺 $\pm 0.20\text{mm}$	方溯认证检测研究院 (深圳) 有限公司	2022.09.02	√

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由人事行政部负责溯源。测量设备全部委托“方溯认证检测研究院（深圳）有限公司”进行校准，校准证书由人事行政部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 10 月 18 日下午 ~ 2022 年 10 月 19 日下午

审核员签字:

刘东胜

部门代表签字:

刘永利