



测量设备溯源抽查表

编号: 0122-2018-2022

企业名称	国检测试控股集团京诚检测有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
检测部	气相色谱仪	YQ-293-06	8890GC	$U_L=3.2\%$, $k=2$	气相色谱仪(ECD 检定用标准物质异辛烷丙体六六六 二级 气相色谱仪(ECD 检定用标准物质异辛烷丙体中正十六烷	广州广电计量检测股份有限公司	2022-05-26	✓
检测部	超高效液相色谱串弟四极杆质谱联用仪	YQ-249-1	ACQUITY UPLC I-Class/Xevo TO-S micro	$U_{rel}=6\%$ ($k=2$)	异丙醇-水溶液中利血平 二级标物	广州广电计量检测股份有限公司	2021-12-16	✓
检测部	原子吸收分光光度计	YQ-001	Z-2000	$U_L=2.5\%$, $k=2$	原子吸收分光光度计检定有标准物质(CU) GBW(E)130079 $U_{rel}=1\%$, $k=2$; (Cd) $U_{rel}=2\%$, $k=2$	广州计量检测技术研究院	2121-06-21 (二年周期)	✓
检测部	红外分光测试仪	YQ-053-02	OIL 480	III 级	红外测油仪用溶液标准物质 二级标准	广州广电计量检测股份有限公司	2022-05-27	✓
检测部	液相色谱仪	YQ-090	L-2130	0.3%	苯-甲醇/ 10^{-4} g/mL, $U_r=3\%$, $k=2$; 苯-甲醇/ 10^{-7} g/mL, $U_r=4\%$, $k=2$;	广州计量检测技术研究院	2021-6-21 (二年周期)	✓
检测部	电子天平	YQ-020-11	BSA224S	I 级	E_1 等级砝码 E_1	广州广电计量检测股份有限公司	2022-5-26	✓
检测部	电磁辐射分析仪	C-0665/F-0665	SEM-600/R F-06	$U=1.3dB$, $k=2$	TE 小室 $U \leq 0.03Db$ ($k=2$) 功率计探 头: $U_{rel}=2.0\% \sim 3.5\%$ 信号发生器 频率: 1E-7; 电平: $\pm(0.3 \sim 0.6)$ Db 调幅 $\pm(1.5\% \sim 5\%)$	广州广电计量检测股份有限公司	2022-06-07	✓

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准项，测量设备由质量管理部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托广州计量检测技术研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由质量管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 10 月 24 日 ~ 10 月 24 日

审核员签字:

邵相臣

部门代表签字:

李明

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。