



测量设备溯源抽查表

编号: 0115-2020-2022

企业名称	四川苏克流体控制设备有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质管部	深度游标卡尺	6204801103	(0-300) mm	±0.02mm	5 等量块	广东中准检测有限公司	2022.10.14	√
质管部	游标卡尺	520906024	(0-150) mm	±0.02mm	5 等量块	广东中准检测有限公司	2022.10.14	√
质管部	外径千分尺	867422	(100-125) mm	±0.01mm	4 等量块	广东中准检测有限公司	2022.10.14	√
质管部	光谱仪	1906832	TXC35	$U_{rel}=3.5\%$ $K=2$	标准物质纯铁 $U=0.006\%$ $K=2$	广东中准检测有限公司	2022.10.14	√
质管部	带表卡尺	6109662206	(0-300) mm	±0.01mm	5 等量块	广东中准检测有限公司	2022.10.14	√
质管部	布氏硬度计	1705451	THB-3000S	$U_{rel}=1.0\%$ $K=2$	标准布氏硬度块组 HBW	广东中准检测有限公司	2022.10.14	√
质管部	万能试验机	9499	WEW-300B	$U_{rel}=0.4\%$ $K=2$	数显测力仪 BHR-D/300KN	广东中准检测有限公司	2022.10.14	√
质管部	压力表	200839153	(0-10)MPa	$U=0.1$ $K=2$	精密压力表 0.4 级	广东中准检测有限公司	2022.10.14	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司(未)建最高计量标准, 测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托广东中准检测有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由质管部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 10 月 24 日

审核员签字:

刘琳

部门代表签字:

陈习旭

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。