



编号: 0246-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	沈阳中科奥维科技股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质管部		陪同人员: 刘春静	
不符合事实描述: 抽查数显卡尺, 编号: 11052364 测量范围 (0-150) mm 校准日期: 2022. 09. 29. 质管部未能提供计量确认过程验证的记录。 不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 7. 1. 4 计量确认过程记录</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>姜丽</u> 陪同人员(签名) <u>刘春静</u> 企业部门代表(签名) <u>常迎迎</u> 日期: 2022. 11. 14			
纠正措施: 1、质管部组织专业技术人员、对数显卡尺, 依据校准证书给出的校准结果, 进行验证, 并保存确认过程的验证记录。以确保测量设备满足预期使用的计量要求。 2、组织对相关人员进行培训。 企业部门代表签名: <u>常迎迎</u> 审核员签名: <u>姜丽</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名: <u>姜丽</u> 日期: 2022. 11. 14			