



受理编号: 0683-2022

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	产品出厂核验	被测参数要求(含公差)	(2.390~2.420) kg		
被测参数要求识别依据文件		JPYCL-GF-01 产品出厂核验过程控制规范			
计量要求导出方法(可另附) 测量过程计量要求: 产品常用 2.5L 规格的花生油重量在 (2.390~2.420) kg 过程的测量范围为 (0~2.500) kg $T=2.420-2.390=0.030\text{kg}$ $U_k=T/3=0.030/3=0.010\text{kg}$ 测量设备的计量要求: 测量设备测量范围为 (0~4) kg 根据控制规范文件要求, 电子秤准确度等级要求为 III 级。					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度)	校准/检定证书编号	校准/检定日期
	电子秤 /228661	WH-30L	III 级合格	SZL92202 5685	2022 年 9 月 21 日
计量验证记录 测量设备经过校准, 测量设备的测量范围满足要求, 设备准确度等级满足要求, 符合计量要求。 验证结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项) 验证人员签字: 徐金贵 验证日期: 2022 年 11 月 15 日					
审核记录: 1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; 2. 计量要求导出方法正确; 3. 测量设备的配备满足计量要求; 4. 测量设备已检定/校准; 5. 测量设备验证正确。 审核员签名: 孙明唯 企业代表签字: 有康 审核日期: 2022 年 11 月 15 日					

