



编号: 0683-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	佛山市三水区金品源油厂							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	双金属温度计	20160617	WSS (0~300) °C	$U=0.6^{\circ}\text{C}, k=2$	标准水银温度计: $U=0.05^{\circ}\text{C}, k=2$ 玻璃水银温度计: $U=0.06^{\circ}\text{C}, k=2$ 绝缘电阻表: 10级	佛山市质量计量监督检测中心	2022年9月28日	√
品质部	电子秤	228661	WH-30L	III级	砝码: M1等级 砝码: M2等级	佛山市质量计量监督检测中心	2022年9月21日	√
品质部	电子天平	243	FA214A	I级	砝码: E2等级	佛山市质量计量监督检测中心	2022年9月21日	√
品质部	比较测色仪	1605173	WSL-2	B级	罗维朋标准滤色片: $U(Y)=2.00$	佛山市质量计量监督检测中心	2022年10月9日	√
品质部	调温电炉	1291	DK-98-II	$U=1.0^{\circ}\text{C}, k=2$	温湿度场巡检仪 (205201111798): 分度值 0.01°C	佛山市质量计量监督检测中心	2022年9月21日	√
品质部	电热恒温干燥箱	1015	202-00	$U=0.3^{\circ}\text{C}, k=2$	多点温湿度测试仪: 0.05级	佛山市质量计量监督检测中心	2022年9月21日	√
审核综合意见: 公司已制定《计量确认程序》、《计量外部供方管理程序》、《测量设备管理程序》，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托佛山市质量计量监督检测中心检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022年11月14日上午~15日上午 审核员签字: 张桂芹 部门代表签字: 何晓								

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。

