



编号: 1138-2022

不符合项报告

企业名称:	阜宁县坤鹏石化机械阀门厂	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检科		陪同人员: 王鹏	
不符合事实描述: 检查质检科现场在用的编号 1A19178、(0-150) mm 的带表游标卡尺, 未列入《测量设备台帐》统一管控, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>吴素平</u> 陪同人员(签名) <u>王鹏</u> 企业部门代表(签名) <u>张静</u> 日期: 2022. 11. 13			
纠正措施: 1. 将现场在用的编号 1A19178. (0-150) mm 的游标卡尺列入《测量设备台帐》统一管控。 2. 举一反三, 检查现场在用的测量设备有无类似情况一并采取纠正措施。 企业部门代表签名: <u>张静</u> 审核员签名: <u>吴素平</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴素平</u> 日期: 2022. 11. 13			

可另附页

