




测量设备溯源抽查表

编号: 0592-2021-2023

企业名称	安徽丹凤缘科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	水表检定装置	809	LS-3B 15-20	±2%	金属量器标准装置: 二等	临沂市计量检定所	2022.04.08	√
生产部	压力表	1583	(0-4) MPa	1.6 级	精密压力表标准装置: 0.25 级	临沂市计量检定所	2022.10.28	√
质检部	数字万用表	/	HG-9205B	DCV: $U=1V, k=2$ ACV: $U=2V, k=2$ DCI: $U=0.02A, k=2$ ACI: $U=0.02A, k=2$ OHMS: $U=0.6M\Omega, k=2$	多功能校准器: DCV: ±0.005% ACV: ±0.03% DCI: ±0.03% ACI: ±0.05% OHMS: ±0.01%	临沂市计量检定所	2022.11.11	√
质检部	游标卡尺	DE-60751 5	(0-150)mm	±0.03mm	检定游标量具标准器组: 五等	临沂市计量检定所	2022.11.12	√
生产部	螺纹环规	072931	G1 1/4-TB	$U=3.3\mu m, k=2$	测长机: $U=0.10\mu m, k=2$	安正计量检测有限公司	2022.11.17	√
审核综合意见: 公司未建最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托“临沂市计量检定所”、“安正计量检测有限公司”等机构检定/校准, 检定/校准证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2023 年 02 月 06 日下午~ 02 月 07 日上午								
审核员签字:  部门代表签字: 