




受理编号: 1142-2022

## 计量要求导出和计量验证记录表

|                                                                                                                                                                                  |                      |                       |                                           |                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 测量设备用于                                                                                                                                                                           | 封隔器外径尺寸测量            | 被测参数要求(含公差)           | (210.82—210.95) mm                        |                    |                     |
| 被测参数要求识别依据文件                                                                                                                                                                     |                      | API 11D1 第 4 版 封隔器和桥塞 |                                           |                    |                     |
| 计量要求导出方法(可另附)<br>1、测量参数公差: $T=0.13\text{mm}$<br>2、测量设备的最大允许误差 $\Delta_{允} \leq T \times 1/3 = 0.13 \times 1/3 = 0.043\text{mm}$<br>3、根据被测参数测量范围要求, 选用测量范围为 (0-500) mm 的游标卡尺实施测量。 |                      |                       |                                           |                    |                     |
| 计量校准过程                                                                                                                                                                           | 测量设备名称/<br>编号        | 型号规格                  | 主要计量特性<br>(最大允差或示值误差最大值<br>/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检<br>定证书编<br>号  | 校准/检定日期             |
|                                                                                                                                                                                  | 游 标 卡 尺<br>/11090864 | (0-500) mm            | $\pm 0.03\text{mm}$                       | ZD202210<br>180231 | 2022 年 10 月<br>18 日 |
| 计量验证记录<br>测量设备游标卡尺的测量范围为 ((0-500) mm, 满足导出计量要求测量范围 (210.82—210.95) mm 的要求;<br>测量设备游标卡尺的最大允差 $\pm 0.03\text{mm}$ , 满足导出最大允许误差 0.043mm 的计量要求。                                      |                      |                       |                                           |                    |                     |
| 验证结论: <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺陷 <input type="checkbox"/> 不符合 (注: 在选项上打 $\checkmark$ , 只选一项)                                            |                      |                       |                                           |                    |                     |
| 验证人员签字: 龚灵燕                                                                                   |                      |                       | 验证日期: 2022 年 10 月 19 日                    |                    |                     |
| 审核记录:<br>1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求;<br>2. 计量要求导出方法正确;<br>3. 测量设备的配备满足计量要求;<br>4. 测量设备检定/校准;<br>5. 测量设备验证正确。                                                                          |                      |                       |                                           |                    |                     |
| 审核员签名:                                                                                        |                      |                       |                                           |                    |                     |
| 企业代表签字:                                                                                       |                      |                       | 审核日期: 2022 年 10 月 28 日                    |                    |                     |