



编号：1142-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	深圳市百勤石油技术有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
人力资源行政部	游标卡尺	11090864	(0-500) mm	$U=0.03\text{mm}$ $K=2$	5 等量块	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.10.18	√
人力资源行政部	外径千分尺	120504527	(75-100) mm	$U=1.8\text{ }\mu\text{m}$ $K=2$	4 等量块	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.10.18	√
人力资源行政部	压力传感器	3721063006 657	DG1300-BZ-B- 2-150/GZ/CJ/ FZ	$U_{rel}=0.13\%\text{FS}$ $K=2$	数字压力校验仪 0.05 级	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.10.18	√
人力资源行政部	钢直尺	自编 01	0-1000mm	± 0.20	标准钢卷尺 $U=5\text{ }\mu\text{m}+5*10-6\text{L}$ $K=2$	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.10.18	√

审核综合意见：

（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司（未）建最高计量标准项，测量设备由人力资源行政部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司机构检校准，校准证书由人力资源行政部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期：2022 年 10 月 27 日-10 月 28 日上午

审核员签字： 

部门代表签字： 

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。