



编号: 0693-2022

不符合项报告

企业名称:	厦门隆力德环境技术开发有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 研发部		陪同人员: 王厦云	
不符合事实描述: 查编号为 8240292 的电子秒表的校准证书上, “本次校准所使用的主要测量标准” 一栏中未出具主要标准 “时间检定仪” 的计量特性值。企业未提供出对该测量设备技术特性计量确认记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “7.1.1 计量确认”</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合____; 审核员(签名) <u>刘自胜</u> 陪同人员(签名) <u>王厦云</u> 企业部门代表(签名) <u>陈国平</u> 日期: 2022 年 10 月 26 日			
纠正措施: 立即组织使用人员对数字万用表校准证书和校准结果进行计量验证, 并按照验证结果进行控制, 并查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u>陈国平</u> 审核员签名: <u>刘自胜</u>			
纠正措施完成情况: 无整改的纠正措施可开。 审核组代表签名: <u>刘自胜</u> 日期: <u>2022.10.26</u>			

可另附页