



## 测量设备溯源抽查表

编号: 0154-2018-2022

| 企业名称 重庆川东阀门制造有限公司 |        |                   |              |                   |                             |                  |           |                   |
|-------------------|--------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| 部门                | 测量设备名称 | 测量设备编号            | 型号规格         | 测量设备计量特性          | 测量标准装置名称及技术参数               | 检定/校准机构          | 检定/校准日期   | 符合打<br>√<br>不符合打× |
| 质管部               | 数显卡尺   | 4312330777        | (0-300) mm   | ±0.01mm           | 量块 5 等                      | 重庆市计量质量检测研究院     | 2022.1.12 |                   |
| 质管部               | 压力表    | 05-05-549         | (0-10) MPa   | ±0.04 MPa (0.4 级) | 标准活塞压力计<br>0.1 级精密压力表       | 中检(重庆)计量测试服务有限公司 | 2022、9、15 | √                 |
| 质管部               | 外径千分尺  | 90731             | (175-200) mm | ±0.01mm           | 量块 4 等                      | 中检(重庆)计量测试服务有限公司 | 2022.9.6  | √                 |
| 质管部               | 防震百分表  | 40072             | (0-10) mm    | ±0.01mm           | 高精度指标表全自动检定仪 $U=3 \mu mK=2$ | 中检(重庆)计量测试服务有限公司 | 2022.9.6  | √                 |
| 质管部               | 精密压力表  | HC6957260398<br>1 | (0~0.4) MPa  | 0.4 级             | 精密数字压力表 0.02 级              | 中检(重庆)计量测试服务有限公司 | 2022.1.12 | √                 |
| 质管部               | 游标卡尺   | 11676<br>(B20101) | (0-300) mm   | ±0.02mm           | 量块 4 等                      | 中检(重庆)计量测试服务有限公司 | 2022.9.6  | √                 |
| 质管部               | 内径千分尺  | 43438518          | 50-60mm      | ±0.01mm           | 量块 4 等                      | 重庆市计量质量检测研究院     | 2022.1.12 | √                 |
| 质管部               | 深度游标卡尺 | 2053066           | (0-300) mm   | ±0.02mm           | 量块 4 等                      | 中检(重庆)计量测试服务有限公司 | 2022.9.6  | √                 |

### 审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司已建最立高计量标准 1 项，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托中检(重庆)计量测试服务有限公司、重庆市计量质量检测研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由质管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 11 月 2 日

审核员签字: 刘琳

部门代表签字: 郭飞