



测量设备溯源抽查表

编号: 0162-2019-2022

企业名称	沧州中渤重工机械装备有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	金属洛氏硬度计	88	HR-150A	$\pm 1.5\text{HRC}$ $U=0.6\text{HRC}$, $k=2$	标准洛氏硬度块: 62.4HRC, $U=0.4\text{HRC}$, $k=2$ 27.9HRC, $U=0.4\text{HRC}$, $k=2$ 47.2HRC, $U=0.3\text{HRC}$, $k=2$	河北天恒计量检测有限公司	2022.09.19	√
生产部	游标卡尺	GJ56800	(0-200)mm	$U=0.01\text{mm}$, $k=2$	量块: 5等	河北天恒计量检测有限公司	2022.09.19	√
生产部	外径千分尺	HR068749	(0-25)mm	$U=0.002\text{mm}$, $k=2$	量块: 4等	河北天恒计量检测有限公司	2022.09.19	√
生产部	钢直尺	ZB20220926	1m	$U=0.07\text{mm}$, $k=2$	金属线纹尺: 三等	河北天恒计量检测有限公司	2022.09.19	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准,测量设备由生产部负责溯源。公司测量设备全部委托“河北天恒计量检测有限公司(认可证书号: CNAS L11841)”进行校准,校准证书由生产部保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022年10月27日下午至2022年10月28日上午

审核员签字:

刘京胜

部门代表签字:

陈朋