



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表 (07 版)

编号: 1099-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	江苏润之泽实业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	邵氏硬度计	JL-003	LX-A	±1HA	数字式邵氏硬度计检定装置: $U_{rel}=0.06\%$ $k=2$	苏州艾凯艾计量校准技术有限公司	2021.11.17	√
生产部(车间)	电子台秤	JL-002	TCS-500	III级	砝码: M1、F2 等级	苏州艾凯艾计量校准技术有限公司	2021.11.17	√
生产部(车间)	钢卷尺	JL-001	5m	$\pm(0.3+0.2L)$ mm	钢卷尺: $U=0.2\text{mm}$ $k=2$	苏州艾凯艾计量校准技术有限公司	2021.11.17	√
质检部	钢直尺	JL-004	(0-500) mm	±0.15mm	标准金属线纹尺 $U=0.1\mu\text{m}$	苏州艾凯艾计量校准技术有限公司	2021.11.17	√
质检部	钢直尺	JL-005	(0-1000) mm	±0.2mm	金属线纹尺: 三等	苏州艾凯艾计量校准技术有限公司	2021.11.17	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托苏州艾凯艾计量校准技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。核查企业提供的 5 份检定校准证书，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 11 月 2 日~11 月 3 日上午

审核员签字:

肖国灿

部门代表签字:

张伟超



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表（07 版）

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。