



## 测量设备溯源抽查表

编号: 0100-2019-2022

|      |               |                    |                |          |                          |                  |                      |               |
|------|---------------|--------------------|----------------|----------|--------------------------|------------------|----------------------|---------------|
| 企业名称 | 重庆兴宝兴玻璃制品有限公司 |                    |                |          |                          |                  |                      |               |
| 部门   | 测量设备名称        | 测量设备编号             | 型号规格           | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数            | 检定/校准机构          | 检定/校准日期              | 符合打√<br>不符合打× |
| 生技部  | 数显百分表         | B22G3346           | (0-50)<br>mm   | ±0.01mm  | 指示表检定仪                   | 深圳天溯计量检测股份有限公司   | 2022/9/9             | √             |
| 生技部  | 汽车衡           | XBX-1              | SCS-100T       | III级     | M <sub>1</sub> 等级大砝码标准装置 | 重庆市计量质量检测研究院第二分院 | 2021/11/3            | √             |
| 生技部  | 气体智能涡轮流量计     | 042173             | CQ-50L         | 1.5 级    | 音速喷嘴并联法气体流量标准装置          | 重庆市计量质量检测研究院第二分院 | 2021/8/25<br>(24 个月) | √             |
| 生技部  | 电子天平          | 08181012           | BT-6000        | III级     | F1 等级砝码组标准装置             | 重庆市计量质量检测研究院第二分院 | 2022/3/15            | √             |
| 生技部  | 压力表           | HY70560299<br>2333 | (0-1.6)<br>mpa | 1.6 级    | 0.4 级精密压力表标准装置           | 重庆市计量质量检测研究院第二分院 | 2022/7/21            | √             |
|      |               |                    |                |          |                          |                  |                      |               |
|      |               |                    |                |          |                          |                  |                      |               |
|      |               |                    |                |          |                          |                  |                      |               |

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由 )

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司(未)建最高计量标准项, 测量设备由综合部负责溯源。公司测量设备除全部委托重庆市计量质量检测研究院第二分院、深圳天溯计量检测股份有限公司、等机构检定/校准, 校准/检定证书由综合部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 11 月 1 日

审核员签字: 胡琳

部门代表签字: 罗明俊

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。