



测量设备溯源抽查表

编号: 0127-2020-2022

企业名称	胜利油田鸿兴科贸有限责任公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	超声波测厚仪	HXLL-023	DR360	$\pm 0.05\text{mm}$	标准样块: 3 等	山东省计量科学研究院	2022.8.17	√
质检部	布氏硬度计	HXLL-003	HB-3000B	$U=0.8\%$ $k=2$	标准硬度块(技术参数证书为标注)	山东省计量科学研究院	2022.8.17	√
质检部	万能试验机	HXLL-001	WDW-20	$U=0.3\%$ $k=2$	标准测力仪: 0.3 级	山东省计量科学研究院	2022.8.17	√
生产车间	油管螺纹量规	HXLL-010	HZ-208	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}$ $k=2$	高度仪校准规: (2.0+3L/1000) μm	山东省计量科学研究院	2022.8.17	√
生产车间	外径千分尺	1177569	(75-100)mm	$\pm 0.005\text{mm}$ $U=0.001\text{mm}$ $k=2$	量块 5 等	山东省计量科学研究院	2022.4.12	√
生产车间	游标卡尺	610675316 7	(0-500) mm	$\pm 0.05\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}$ $k=2$	量块 5 等	山东省计量科学研究院	2022.4.12	√

审核综合意见:

公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源，测量设备全部委托“山东省计量科学研究院”进行检定/校准，检定/校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 11 月 07 日

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。