



测量设备溯源抽查表

编号: 0074-2019-2022

企业名称 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	电脑型金相显微镜	1900153	MM-158C	$U_{rel}=4.6\%k=2$	十字测微尺 (0~10) mm $U=2.0\text{mm}, k=2$	上海捷祥测控技术有限公司	2021.09.02 (24月)	√
质量部	三针	/	各规格	$U=0.50\mu\text{m}, k=2$	量块 (0.5-100) mm 4等	十堰市计量检定测试所	2022.9.26	√
质量部	杠杆千分尺	1221549	(0-25) mm	示值误差 $+1.0\mu\text{m}$	量块 (5.12-100) mm 5等	十堰市计量检定测试所	2022.9.27	√
质量部	微机控制电子万能试验机	WDW-300M	0101	1级	应变式标准测力仪 (0-200) kN 0.1级	十堰市计量检定测试所	2022.11.02	√
质量部	精密压力表	7668	(0-2.5) MPa	0.4级	活塞式压力计 (0.1-6) MPa 0.05级	十堰市计量检定测试所	2022.8.24	√
质量部	单数显弹簧试验机	201106562	TLS-2000	1级	应变式标准测力仪 (300-3000) N 0.3级	十堰市计量检定测试所	2022.9.28	√
质量部	平行平晶	/	(65.5-65.87) mm	平行度最大值: $0.07\mu\text{m}$ 平面度最大值: $0.5\mu\text{m}$	标准平晶Φ 150mm 二等	十堰市计量检定测试所	2022.7.20	√
质量部	坐标机	18919451CA	10.15.08	示值误差: $2.8\mu\text{m}$ $U=(0.3+0.7L/1000)\mu\text{m}$ ($k=2$)	量块 (30-500) mm 9块	十堰市计量检定测试所	2022.2.29	√
生产部	压力表	A11020999	(0-4) MPa	1.6级	精密压力表检定装置 (0-60) MPa 0.4级	十堰市郧阳区公共检验检测中心	2022.07.29	√
生产部	压力表	190452350	(0-1.6) MPa	1.6级	精密压力表检定装置 (0-60) MPa 0.4级	十堰市郧阳区公共检验检测中心	2022.07.29	√



装备部	电子汽车衡	069	SCS-60	MPE: 25kg	F2 等级标准砝码 5291 F2 级; M1 等级砝码 5323 M1 等级	十堰市郧阳区公共检验检测中心	2022.08.26	√
-----	-------	-----	--------	-----------	---	----------------	------------	---

审核综合意见:

公司已建立最高计量标准, 测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备除自检外分别委托“十堰市计量检定测试所(计量检定机构授权证书号:(鄂)法计(2022)C001号)”、“十堰市郧阳区公共检验检测中心(计量检定机构授权证书号:(鄂)法计(2018)C101号)”等机构检定/校准, 校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 11 月 3 日上午至 2022 年 11 月 3 日下午

审核员签字: 刘京胜

部门代表签字:



2022.11.3