



测量设备溯源抽查表

编号: 0219-2020-2022

企业名称	山东环海塑业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
实验室	炭黑分散度测试仪	201911270015	TH3600L	$\pm 5\%$ $U=3\mu\text{m}, k=2$	标准测微尺: $U=1\mu\text{m}, k=2$	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022.05.12	√
实验室	壁厚千分尺	17000657	(0-25)mm	$\pm 4\mu\text{m}$ $U=2.0\mu\text{m}, k=2$	量块: 3 等	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022.05.12	√
实验室	游标卡尺	SL20160316459C	(0-150)mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.02\text{mm}, k=2$	量块: 4 等	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022.05.12	√
实验室	电子天平	F1019380197256	BSM-220.4	$\pm 1.5\text{e}$ $U=0.3\text{mg}, k=2$	砝码: E2 级	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022.05.12	√
实验室	烘箱	301103	XGX-300	$\pm 3^\circ\text{C}$ $U=0.3^\circ\text{C}, k=2$	数据采集器: $U=0.2^\circ\text{C}, k=2$	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022.05.12	√
生产部	压力表	2021102052	Y-60	2.5 级	数字压力计标准装置: 0.05 级	东营市工业产品检验与计量检定中心	2022.08.08	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由实验室负责溯源。公司测量设备除自检外分别委托“深圳天溯计量检测股份有限公司”、“东营市工业产品检验与计量检定中心”等机构检定/校准, 校准/检定证书由实验室保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 11 月 4 日上午至 2022 年 11 月 4 日下午

审核员签字:

部门代表签字: