



编号: 0219-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	山东环海塑业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 实验室		陪同人员: 李娟	
不符合事实描述: 查出厂编号为 ZF-DSC-DIH 的“氧化诱导分析仪”校准证书, 证书编号为 Z20229-F194126G, 校准日期为 2022 年 5 月 12 日。证书中“校准所有的主要计量标准器具”中的“热分析标准物质”, 未标注“计量特性”, 企业未提供出对该设备进行计量确认验证的记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“7.1.1 计量确认总则”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u> 鞠彦彬 </u> 陪同人员(签名) <u> 李娟 </u> 企业部门代表(签名) <u> 张云峰 </u> 日期: 2022 年 11 月 4 日			
纠正措施: 立即组织测量设备管理人员和使用人员对数氧化诱导分析仪校准证书和校准结果进行计量验证, 并按照验证结果进行控制, 并查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u> 张云峰 </u> 审核员签名: <u> 鞠彦彬 </u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u> 鞠彦彬 </u> 日期: 2022 年 11 月 4 日			

可另附页