



编号: 0240-2019-2022

不符合项报告

企业名称:	浙江奥士家具有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 徐策	
不符合事实描述: 查质检部使用的一台办公椅座面靠背试验机 (规格型号 LT-YBYM10, 出厂编号为 2205201600), 有校准证书, 已列入测量设备台帐管理, 未张贴计量确认合格标识。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>蒋建峰</u> 陪同人员(签名) <u>徐策</u> 企业部门代表(签名) <u>胡文平</u> 日期: 2022 年 11 月 3 日			
纠正措施: 一、标签重新贴上, 纠正标识缺失错误, 并第一时间检查其余测量设备标识张贴状况。 企业部门代表签名: <u>胡文平</u> 3/11 审核员签名: <u>蒋建峰</u>			
纠正措施完成情况: <u>已整改, 验证有效。</u> 审核组代表签名: <u>蒋建峰</u>		 日期: 2022. 11. 3	

可另附页