








编号: 1085-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	东营恒旭石油装备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	生产技术部	陪同人员:	康丙帅
不符合事实描述: 现场使用的拉伸试验机, 编号: HX20201587, 型号 SC100, 没有列入公司测量设备台账管理。 不符合审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 测量设备 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ____√__; 审核员(签名)  陪同人员(签名)  企业部门代表(签名)  日期: 2022. 11. 06 1. 纠正措施: 组织专业技术人员对编号为: HX20201587, 型号 SC100 拉伸试验机, 列入测量设备台账管理, 并对其它测量设备进行核验, 以满足测量设备计量特性的要求。 2. 组织相关人员培训, 强化员工对标准条款的理解。 企业部门代表签名:  审核员签名:  纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名:  日期: 2022. 11. 06			

