



编号: 0178-2020 -2022

不符合项报告

企业名称:	南京地铁运营有限责任公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 技术设备科		陪同人员: 夏睿祺	
不符合事实描述: 技术设备部照度计编号 281515010005, 红外测温仪编号 041599010002 测量设备计量确认标识已过期, 测量设备已检定校准, 但标识未更换。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> ✓ </u>; 审核员(签名) <u> 董 </u> 陪同人员(签名) <u> 夏睿祺 </u> 企业部门代表(签名) <u> [Signature] </u> 日期: 2022. 11. 9			
纠正措施: 1. 对编号 281515010005 照度计, 编号为 041599010002 红外测温仪标识, 进行更换; 2. 对本单位所有量具, 进行排查, 举一反三, 避免类似问题再次发生 企业部门代表签名: <u> 吕华 </u> 审核员签名: <u> 董 </u>			
纠正措施完成情况: <u> 企业制定的纠正措施已落实, 验证有效。 </u> 审核组代表签名: <u> [Signature] </u> 日期: <u> 2022. 11. 9 </u>			

可另附页