



测量设备溯源抽查表

编号: 0256-2019-2022

企业名称	东营市中信同创石油科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产车间	游标卡尺	30530	(0~150) mm	±0.02mm	量块 4 等 _n	东营恒德计量检测有限公司	2022.11.04	√
生产车间	游标卡尺	63713	(0~300) mm	±0.04mm	量块 4 等 _n	东营恒德计量检测有限公司	2022.11.04	√
质检部	万用表	5942	UT51	DCV: $U_{rel}=0.3\%k=2$ R: $U_{rel}=0.5\% : k=2$ ACV: $U_{rel}=0.3\%k=2$ DCI: $U_{rel}0.3\%k=2$ ACI: $U_{rel}=0.5\% (k=2)$	数字多用表标准装置: DCV: ± (3ppm 读数 + 0.2ppm 量程) ACV: ± (65ppm 读数 + 10ppm 量程) DCI: ± (7.5ppm 读数 + 0.25ppm 量程)	东营市计量测试检定所	2021.08.26 (周期 24 个月)	√
生产车间	单标线容量瓶	Z02	50mL	A 级	常用玻璃量器检定装置 (0-200) mL A 级\B 级	东营市计量测试检定所	2020.05.07 (周期 36 个月)	√
生产车间	量筒	Z03	100mL	0.35mL	常用玻璃量器检定装置 (0-200) mL A 级\B 级	东营市计量测试检定所	2020.05.07 (周期 36 个月)	√
审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)								
公司已制定《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，公司未建计量标准，测量设备由质检部负责溯源并保管证书，公司测量设备委托东营市计量测试检定所、东营恒德计量检测有限公司校准，根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022 年 11 月 09 日								
审核员签字:			部门代表签字:					



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-06 测量设备溯源抽查表 (07 版)

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。