



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆市江城水电设施有限公司	陪同人员	高纯尧
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022 年 11 月 18 日

不符合事实描述:

查在用检具的检定或校准情况: 未提供钢卷尺、游标卡尺、电子吊钩秤的校准证实。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款: “当要求测量溯源时, 或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时, 测量设备应: a) 对照能溯源到国际或国家测量标准, 按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和 (或) 检定, 当不存在上述标准时, 应保留作为校准或验证依据的成文信息。” 的要求。

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重

☒ 一般

审核员: 杨玲全

审核组长: 杨玲全

受审核方代表: 邓建全

日期: 2022.11.15

日期: 2022.11.15

日期: 2022.11.15

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭

审核员: 杨玲全

日期: 2022.11.18



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场未能提供钢卷尺、游标卡尺、电子吊钩秤的校准报告。

纠正情况:

立即对钢卷尺、游标卡尺、电子吊钩秤进行送检并出具有效的校准证书。

原因分析:

生产部相关人员对标准理解不够透彻,监督不到位,造成未对钢卷尺、游标卡尺、电子吊钩秤进行送检。

纠正措施:

组织生产部相关人员对“ISO 9001:2015标准7.1.5条款”、“计量仪器控制制度”的培训学习,加强人员对标准的理解,确保措施有效。

预定完成日期: 2022.11.17

举一反三检查情况:

检查其它无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已对钢卷尺、游标卡尺、电子吊钩秤进行了送检并出具有效的校准证书
2. 已组织生产部相关人员对“ISO 9001:2015标准7.1.5条款”、“计量仪器控制制度”的再次学习,经提问人员都已理解并能按标准作业,措施有效。

验证人:


日期: 2022.11.18


受审核方代表:

日期: 2022.11.18

培训记录表

编号: JCSD-QR-06

培训主题	外审不符合项培训				
主讲人	秦顺权	日期	2022.11.16	地点	会议室
培训类别	☐ 新员工培训 ☐ 老员工培训 ☐ 全体 ☐ 其他 ☒ 部门主管				
培训内容	ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 计量仪器控制制度				
考核办法	☐ 笔试 ☒ 口试 ☐ 实际操作 ☐ 其它				
参加人签到	考核成绩		参加人签到	考核成绩	
高纯亮	99 合格				
李泉荣	98 合格				
杨健	98 合格				
组织部门对学员培训效果的评价 ☒ 经提问了解培训内容, 培训 有效、 ☐ 经讨论理解培训内容, 培训有效 ☐ 经考试合格(或见证书) ☐ 不合格, 培训无效 评价人签字: 					



深圳中电计量测试技术有限公司

Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号

Certificate No.

ZD202211170193

第 1 页, 共 3 页
Page of

委托方

Client

重庆市江城水电设施有限公司

委托方地址

Address

重庆市万州区李河镇福世村10组

仪器名称

Description

钢卷尺

型号规格

Model/Type

10m

制造厂

Manufacturer

宏迪牌

出厂编号

Serial No.

/

管理编号

Asset No.

JC-01

样品接收日期

Date of Receipt

2022-11-17

校准日期

Date of Calibration

2022-11-17

批准人 :

Approved Signatory

王小云

审核 :

Inspected by

梁金学

校准 :

Tested by

李东




地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301

Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话 (Tel) : 0755-29888158

邮政编码 (Post Code) : 518103

传真 (Fax) : 0755-29796107



深圳中电计量测试技术有限公司

Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号

Certificate No.

ZD202211170194

第 1 页, 共 3 页

Page of

委托方

Client

重庆市江城水电设施有限公司

委托方地址

Address

重庆市万州区李河镇福世村10组

仪器名称

Description

游标卡尺

型号规格

Model/Type

0-200mm

制造厂

Manufacturer

哈尔滨量具刃具集团有限责任公司

出厂编号

Serial No.

/

管理编号

Asset No.

JC-02

样品接收日期

Date of Receipt

2022-11-17

校准日期

Date of Calibration

2022-11-17

批准人 :

Approved Signatory

王小云

审核 :

Inspected by

梁金学

校准 :

Tested by

李东




地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301

Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话 (Tel) : 0755-29888158

邮政编码 (Post Code) : 518103

传真 (Fax) : 0755-29796107



深圳中电计量测试技术有限公司

Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号

Certificate No.

ZD202211170195

第 1 页, 共 3 页

Page of

委托方

Client

重庆市江城水电设施有限公司

委托方地址

Address

重庆市万州区李河镇福世村10组

仪器名称

Description

电子吊钩秤

型号规格

Model/Type

OCS-5

制造厂

Manufacturer

上海有声电子衡器有限公司

出厂编号

Serial No.

/

管理编号

Asset No.

JC-03

样品接收日期

Date of Receipt

2022-11-17

校准日期

Date of Calibration

2022-11-17

批准人 :

Approved Signatory

王小云

审核 :

Inspected by

梁金学

校准 :

Tested by

李东



地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301

Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话 (Tel) : 0755-29888158

邮政编码 (Post Code) : 518103

传真 (Fax) : 0755-29796107