



编号: 0177-2019-2022

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	纸板厚度检测过程		被测参数要求(含公差)	(6~7) mm	
被测参数要求识别依据文件			GB/T 6544-2008 《瓦楞纸板》		
计量要求导出方法(可另附) 被测参数要求: (6~7) mm $U_{允} \leq 1/3T = 0.17\text{mm}$ 测量过程的测量范围要求为 (0~8) mm 测量设备的测量范围 (0~10) mm 测量设备的 $MPEV \leq 1/2 U_{允} = 0.09\text{mm}$					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度)	校准/检定证书编号	校准/检定日期
	指针式厚度表	(0-10) mm	示值误差最大值: $+3 \mu\text{m}$	FCC922022 045	2022.8.24
计量验证记录 该测量设备经过外部校准, 示值误差小于测量设备最大允许误差, 符合计量要求。确认合格。 验证结论: ☒符合 ☐有缺陷 ☐不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项) 验证人员签字: 何长梅 验证日期: 2022 年 11 月 21 日					
认证审核记录: 1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; 2. 计量要求导出方法正确; 3. 测量设备的配备满足计量要求; 4. 测量设备已检定/校准; 5. 测量设备验证正确。 审核员签名: 张明建 企业代表签字: 姜建华 审核日期: 2022 年 11 月 21 日					