



测量设备溯源抽查表

编号: 0177-2019-2022

企业名称	佛山市三水至丰纸品制造有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	电子地上衡	ZF-品控-03	SCS-100	III级	砝码/20kg: M1 等级 砝码/(1-10) kg: M1 级 砝码/1000kg: M2 级	佛山市质量计量 监督检测中心	2022.9.2	√
品控部	压力表	0007	Y-150	1.6 级	标准活塞式 压力计: 0.05 级	佛山市质量计量 监督检测中心	2022.9.28	√
品控部	电子天平	ZF-品控-09	JE1002	III 级	砝码: E2 等级	佛山市质量计量 监督检测中心	2022.9.2	√
品控部	电脑纸箱抗压试验机	ZF-品控-21	RH-KY10	1 级	标准测力仪: 0.3 级 电子秒表: 分 度值 0.01s	佛山市质量计量 监督检测中心	2022.9.2	√
品控部	白度仪	ZF-品控-23	CC-641	$U=2.1, k=2$	标准白板 $U(Y)=2.0(k=2)$	佛山市质量计量 监督检测中心	2022.8.22	√
品控部	指针式厚度计	ZF-品控-16	(0~10) mm	$U=5 \mu m, k=2$	量块: 3 等 1 级	佛山市质量计量 监督检测中心	2022.8.24	√
品控部	条码检测仪	B294	PC-6515	反射率: $U=3\%, k=2$	一致性标准 板: $U=1.8\%, k=2$	国家条码质量检 验检测中心	2022.8.18	√
储运部	温湿度计	ZF-品控-28	TH101B	温度: $U=0.7^{\circ}C, k=2$ 湿度: $U=1.5\%RH, k=2$	精密露点仪: 二级	佛山市质量计量 监督检测中心	2022.9.9	√
审核综合意见: 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方控制程序》、《测量设备管理程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。测量设备由品控部负责溯源。公司测量设备委托佛山市质量计量监督检测中心、国家条码质量检验检测中心检定/校准，校准/检定证书由品控部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022 年 11 月 21 日 审核员签字: 何树明 部门代表签字: 何树明								

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。