



测量过程核查记录

表格编号:

测量过程名称:	纸板厚度测量过程			测量过程编号:		ZF-品控-16			记录流水号: 2022			
测量参数:	纸板厚度			测量最大误差:		±0.3mm			备注: 单位为mm			
核查标准:	标准样品			核查周期:		1月/次						
核查日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均值 ($\bar{X}$)	标准偏差 (s)
2022.1.18	6.25	6.27	6.28	6.3	6.24	6.31	6.29	6.2	6.3	6.3	6.3	0.03
2022.3.14	6.28	6.28	6.22	6.29	6.32	6.31	6.3	6.27	6.25	6.26	6.3	0.03
2022.4.10	6.25	6.22	6.28	6.21	6.19	6.21	6.32	6.25	6.32	6.27	6.3	0.05
2022.5.15	6.24	6.22	6.26	6.23	6.2	6.1	6.3	6.24	6.27	6.26	6.2	0.05
2022.6.14	6.24	6.23	6.25	6.22	6.21	6.18	6.32	6.22	6.29	6.21	6.2	0.04
2022.7.15	6.26	6.29	6.25	6.23	6.17	6.19	6.36	6.23	6.19	6.18	6.2	0.06
2022.8.10	6.26	6.29	6.30	6.22	6.19	6.22	6.37	6.26	6.19	6.27	6.3	0.06
2022.9.15	6.27	6.25	6.21	6.24	6.18	6.22	6.37	6.27	6.23	6.25	6.2	0.05
2022.10.10	6.25	6.27	6.18	6.24	6.19	6.28	6.35	6.26	6.32	6.21	6.3	0.05
2022.11.9	6.27	6.28	6.22	6.23	6.20	6.19	6.35	6.32	6.33	6.26	6.3	0.06

 $\bar{X} - s$ 图

S 图



制表/日期：梁月嫦2022. 11. 9

审核/日期： 麦健华 2022. 11. 9

