



北京国际联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表（07版）

编号：1209-2022-AA

测量设备溯源抽查表

企业名称	江西金杯赣昌电缆有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质管部	温度校验仪	201090010552	14+	$U_{95}=2 \times 10^{-4}$ K=2	多功能校准仪 $\pm 1.1 \times 10^{-5}$ 数字多用表 $\pm 5 \times 10^{-6}$	江西省检验检测认证总院东华计量测试研究院	2022.11.4	√
质管部	玻璃液体温度计	34	(0~50)℃ 0.1℃	0℃ -0.08℃ 20℃ -0.08℃ 50℃ 0.10℃	标准铂电阻温度计 一等标准	江西省检验检测认证总院计量科学研究院	2022.07.27	√
质管部	电子秒表	1907398	YS-510	10s +0.01s 10min +0.04s 1h +0.10s	秒表检定仪 MPE: $\pm 2 \times 10^{-7}$	江西省检验检测认证总院计量科学研究院	2022.05.25	√
质管部	绝缘电阻测试仪	201090018335	60H	5级	兆欧表检定装置 0.2级	江西省检验检测认证总院计量科学研究院	2022.11.21	√
质管部	钢卷尺	01	5m	I级	标准钢卷尺 MPE: $\pm(0.03+0.03L)\text{mm}$	江西省检验检测认证总院计量科学研究院	2022.11.15	√
塑料线车间	电子吊秤	DC-4	OCS-2	20~500kg: U=0.2 k=2 1000~3000kg U=0.3 k=2	M1大砝码组 M ₁ 级	广州广电计量检测股份有限公司	2022.11.04	√
电缆车间	电子台秤	B24243363	3000kg	100~2500kg U=1 k=2 3000kg U=2 k=2	M1大砝码组 M ₁ 级	广州广电计量检测股份有限公司	2022.11.04	√
动力设备部	数字多用表	20208759	ZTY0104A	$U_{95}=0.1\%$ K=2	多功能校准源 DCU:MPE $\pm 0.00038\%$ CU:MPE $\pm 0.005\%$ DCI:MPE $\pm 0.0042\%$ I:MPE $\pm 0.013\%$ DCR:MPE $\pm 0.00065\%$	江西省检验检测认证总院计量科学研究院	2022.05.24	√
审核综合意见： (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由) 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司已建最高计量标准3项（卡尺量具检定装置、测微量具检定装置、测温二次仪表检定装置），测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托江西省检验检测认证总院东华计量测试研究院、江西省检验检测认证总院计量科学研究院、广州广电计量检测股份有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期：2022年11月28日下午~11月29日								
审核员签字：_____ 部门代表签字：_____								

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。