



编 号: 0269-2020-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称		北京慧怡科技有限责任公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	水表检定装置	2326	XBT-15-25	(0~100)L 0.2 级	金属量器标准装置: 二等 标准金属量器: 二等	北京市计量检测科学研究院	2022.6.20	√
质量部	水表智能检测台	16010206	JYM-031 口径: (15-25)mm	(0~100)L 0.2 级	金属量器标准装置: 一等 砝码: M1 等	北京市计量检测科学研究院	2022.6.20	√
质量部	压力表	3631711	(0-2.5) MPa	1.6 级	活塞式压力计: 0.02 级	北京市计量检测科学研究院	2022.8.22	√
质量部	耐振压力表	KC3945-3	(0-1) MPa	2.5 级	活塞式压力计: 0.02 级	北京市计量检测科学研究院	2022.8.22	√
质量部	数显卡尺	/	(0~200)mm	0.01mm	量块: 5 等	北京市计量检测科学研究院	2022.8.5	√
质量部	电子秒表	BJHY-ZR-004	JS-306 0.01S~30min	0.00s	秒表检定仪 $\pm(T*5*10^{-7}+3ms)$	北京市计量检测科学研究院	2022.8.3	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》; 公司未建最高计量标, 测量设备由质管部负责溯源; 测量设备均送至法定计量检定机构及有资质的校准机构: 北京市计量检测科学研究院进行检定/校准, 检定/校准证书由质量部统一保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 12 月 29 日

审核员签字: 张云抄

部门代表签字: 尹瑞琴

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。

