



测量设备溯源抽查表

编号: 1254-2021-2022

企业名称	廊坊市派博力克科贸有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√不符合打×
技术质量部	绝缘电阻表	16021003	WK25-4	±10%	绝缘电阻测试仪 检定装置: 0.2 级	河北省计量监督检测院廊坊分院	2022.4.24	√
技术质量部	耐压试验仪	2271046	CC22670A	±5%	耐压试验仪检定 装置±0.5%	南京市计量监督检测院	2022.06.13	√
技术质量部	电子天平	PBLK-02	SF-400A	±1.0g	砝码: F1 等级	河北省计量监督检测院廊坊分院	2022.06.20	√
技术质量部	活塞式压力计	13-215	KY100	0.005 级	(0.1-10) MPa 压力基准装置: $U_{rel}=0.002\%,k=3$ 活塞式压力计: $U_{rel}=0.0024\%,k=2$	中国计量科学研究院	2022.10.28	√

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，企业未建立最高计量标准，测量设备由技术质量部负责溯源，测量设备全部委托“中国计量科学研究院”、“河北省计量监督检测院廊坊分院”、“中国计量科学研究院”、“南京市计量监督检测院”等进行检定/校准，检定/校准证书由技术质量部保存。根据抽查情况，该公司的测量设备检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2023 年 01 月 07 日

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。