




测量设备溯源抽查表

编号: 0127-2018-2022

企业名称	山东华冠能源技术有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产技术部	数显洛氏硬度计	0329	HR-150A	$\pm 1.5\text{HRC}$ $U=1.0\text{HRC}, k=2$	标准洛氏硬度块: $U=0.4\text{HR}, k=2$	方圆检测认证有限公司	2022.8.10	√
生产技术部	压力表	201401150	(0-100) MPa	$\pm 1.5\%$ $U_{\text{rel}}=0.4\%, k=2$	数字压力计: $U_{\text{rel}}=0.08\%, k=2$	方圆检测认证有限公司	2022.11.01	√
生产技术部	带表外卡规	HG-B-04	(80-100) mm	$\pm 0.5\text{mm}$ $U=0.05\text{mm}, k=2$	投影万能测长仪: $U=0.3\mu\text{m}, k=2$	方圆检测认证有限公司	2022.07.19	√
生产技术部	外径千分尺	071024782	(100-125) mm	$\pm 0.003\text{mm}$ $U=2.5\mu\text{m}, k=2$	量块:4 等	方圆检测认证有限公司	2022.05.05	√
生产技术部	不加厚油管螺纹工作量规	00510818	27 / 8°TBG	$U=3.4\mu\text{m}, k=2$	公法线千分尺: $U=1.5\mu\text{m}, k=2$ 油管螺纹校对量规: $U=0.006\text{mm}, k=2$	宝鸡市宝石石油量规检测中心	2022.07.18	√
生产技术部	钢卷尺	HG-B-24	5m	$\pm 1.5\text{mm}$ $U=0.2\text{mm}, k=2$	钢卷尺检定装置: $U=(0.1+0.1L)\text{mm}$	方圆检测认证有限公司	2022.07.19	√
审核综合意见: 公司未建立最高计量标准, 测量设备由生产技术部负责溯源。公司测量设备全部委托“方圆检测认证有限公司、宝鸡市宝石石油量规检测中心”校准, 校准书由生产技术部保存。根据抽查情况, 该公司的测量设备校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022 年 11 月 11 日下午~2022 年 11 月 12 日上午								
审核员签字:  部门代表签字: 								