



编号: 1168-2021-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	北京康仁堂药业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量检验部	高效液相色谱仪	C212448 06176LP /C-007	LC-2010A (HT)	$U_{rel}=5\%$ $k=2$	液相色谱检定用溶液 标准物质: 22001 $U_{rel}=4\%$ $k=2$	中测国信(北京) 计量检测技术有限公司	2022.5.06	√
炮制车间	电子台秤	AE20160 314012	XK3150	$U=0.02\text{kg}$ $k=2$ $\pm 0.5e$	砝码:E2 等级 M1 等级	中测国信(北京) 计量检测技术有限公司	2022.1.18	√
炮制车间	压力表	YA01031 37	(0~1) MPa	$U=0.005\text{MPa}$ $k=2$	数字压力校验仪: 0.02 级	中测国信(北京) 计量检测技术有限公司	2022.12.10	√
包装车间	电子天平	1903001 8	SF-LS-600B (0~600) g	$U=0.01\text{g}$ $k=2$ $\pm 0.5e$	砝码: E2 等级	中测国信(北京) 计量检测技术有限公司	2022.1.18	√
制剂车间	温湿度计	B-188	G2080B	温度: $U=0.3^{\circ}\text{C}$; ($k=2$) 湿度: $U=2\%\text{RH}$ ($k=2$)	精密露点仪: 1 级	中测国信(北京) 计量检测技术有限公司	2022.11.23	√
质量检验部	砝码	C846	1mg~200g (22 件)	最大允差: $\pm 0.3\text{mg}$	砝码: E ₂ 等级	天津市计量监督 检测科学研究院	2022.8.15	√
质量保证部	风量罩	2012060 10	VF01	$U_{rel}=3\times 10^{-2}$ $k=2$	风速表检定装置: (0.1~5) m/s $U=0.2\text{m/s}$; $k=2$ (5~32) m/s $U=0.1\text{m/s}$; $k=2$	中国计量科学 研究院	2022.1.10	√
质量保证部	便携式臭氧检测仪	0021033 8464	GT903-CY -03	$U_{rel}=2.3\%$ $k=2$	臭氧气体分析仪检定 装置:	中国计量科学 研究院	2022.6.22	√



				响应时间: 25s	$U_{rel}=1.5\% \quad k=2$ $U_{rel}=2\% \quad k=2$			
质量保证部	照度计	03840888	AS823	$U_{rel}=1.3\% \quad k=2$	发光强度标准灯: 一级标准灯	北京市计量检测科学研究院	2022.8.8	√
炮制车间	自动润药机	PZ0302	RZWY-2000	$U=0.30^{\circ}\text{C} \quad k=2$	温湿度场巡检仪: $U=0.20^{\circ}\text{C} \quad k=2$ $U=1.0\%\text{RH} \quad k=2$	中测国信(北京)计量检测技术有限公司	2022.4.14	√
制剂车间	压差表	12109865	(0~60) Pa	$U=0.6\text{Pa} \quad k=2$	数字压力计: 0.05 级	中测国信(北京)计量检测技术有限公司	2022.6.7	√
质量检验部	电子天平	1232301746	AL104	$U=0.0001\text{g} \quad k=2$	砝码: E2 等级	中测国信(北京)计量检测技术有限公司	2022.4.14	√

审核综合意见:

公司未建最高计量标准, 测量设备由工程设备部负责溯源并保管证书, 公司测量设备全部委托中国计量科学研究院、北京市计量检测科学研究院、天津市计量监督检测科学研究院、中测国信(北京)计量检测技术有限公司等机构检定/校准, 根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 12 月 29 日上午~12 月 30 日下午

审核员签字: 刘东胜

部门代表签字: 马秋秋