



## 测量设备溯源抽查表

|                                                                                                                                                |             |          |            |          |                                                 |            |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 企业名称                                                                                                                                           | 安徽省草野家私有限公司 |          |            |          |                                                 |            |            |               |
| 部门                                                                                                                                             | 测量设备名称      | 测量设备编号   | 型号规格       | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数                                   | 检定/校准机构    | 检定/校准日期    | 符合打√<br>不符合打× |
| 品管部                                                                                                                                            | 钢直尺         | DL8100   | (0~1000)mm | ±0.20mm  | 三等标准金属线纹尺                                       | 池州市计量测试所   | 2021-12-13 | √             |
| 品管部                                                                                                                                            | 游标卡尺        | CY-004   | (0~150)mm  | ±0.03mm  | 量块 4 等                                          | 池州市计量测试所   | 2021-12-13 | √             |
| 品管部                                                                                                                                            | 钢卷尺         | CY-001   | (0~5)m     | II级      | 标准钢卷尺<br>MPE:±(0.03mm+3×10 <sup>-5</sup> L),k=2 | 池州市计量测试所   | 2021-12-13 | √             |
| 品管部                                                                                                                                            | 压力表         | 19093796 | (0~1.6)MPa | 1.6 级    | 数字压力计<br>0.05 级                                 | 青阳县市场监督管理局 | 2022-07-15 | √             |
| 审核综合意见:                                                                                                                                        |             |          |            |          |                                                 |            |            |               |
| 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由品管部负责量值溯源。公司测量设备全部委托池州市计量测试所、安庆市计量测试所和青阳县市场监督管理局所检定校准，证书由办公室保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。 |             |          |            |          |                                                 |            |            |               |
| 审核日期: 2022 年 11 月 14 日上午~ 11 月 15 日上午                                                                                                          |             |          |            |          |                                                 |            |            |               |
| 审核员签字: 汪宁艺                                                                                                                                     |             |          |            |          |                                                 |            |            |               |
| 部门代表签字: 程友青                                                                                                                                    |             |          |            |          |                                                 |            |            |               |