



测量设备溯源抽查表

编号: 0002-2020-2022

企业名称	安徽三地测绘有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√/不符合打×
技术部	全站仪	S76594	NTS-362RL	竖盘指标差 3.0" 横轴误差 3.0"	①精密水准仪、经纬仪综合检验仪: II 级 $U=0.4''$, $k=2$ ②光电测距仪检定场: 相对误差 $\leq 1 \times 10^{-6}$	安徽省测绘仪器计量检定站	2022.7.15	√
技术部	GPS 接收机	SG6074117 208724WS S	银河 6	$U=3.2\text{mm}$, $k=2$	合肥 GPS 接收机检定场: $MPE \pm 1 \times 10^{-7}$	安徽省测绘仪器计量检定站	2022.11.5	√
技术部	全站仪	241811	NTS-332R6	竖盘指标差 3.2" 横轴误差 3.5"	①精密水准仪、经纬仪综合检验仪: II 级 $U=0.4''$, $k=2$ ②光电测距仪检定场: 相对误差 $\leq 1 \times 10^{-6}$	安徽省测绘仪器计量检定站	2022.7.15	√
技术部	GPS 接收机	D82E97126 312774WS N	T20	$U=3.2\text{mm}$, $k=2$	合肥 GPS 接收机检定场: $MPE \pm 1 \times 10^{-7}$	安徽省测绘仪器计量检定站	2022.11.5	√
技术部	GPS 接收机	0880522136 3433	SE-Lite	$U=3.2\text{mm}$, $k=2$	合肥 GPS 接收机检定场: $MPE \pm 1 \times 10^{-7}$	安徽省测绘仪器计量检定站	2022.6.27	√

审核综合意见:

公司已制定了《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源性管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由技术部负责溯源。公司测量设备全部委托安徽省测绘仪器计量检定站等机构检定/校准，检定/校准证书由技术部保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 11 月 16 日上午~2022 年 11 月 17 日上午

审核员签字:

刘复荣

部门代表签字:

王磊