



测量设备溯源抽查表

编号: 0222-2020-2022

企业名称	广州市保伦电子有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
制程品管部	失真仪	GES924327	GAD-201G	电压: $U_{rel}=0.56\%$, 失真 $(0.01\sim0.1)\%$: $U_{rel}=1.8\%$;失真 $(0.1\sim100)$ 100% ; $U_{rel}=4.3\%$; 频率: $U_{rel}=1\%$; $k=2\%$	失真度检定装置 TS-SB-10714 多功能标准器 TS-SB-10354 频率计 TS-SB-10732 函数/任意波形发生器 TS-SB-10689	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022-06-01	√
制程品管部	绝缘电阻测试仪	R066200154	TH2683A	$U_{rel}=2.6\%$; 电压: $U_{rel}=1.2\%$ $k=2\%$	数字万用表 TS-SB-10695 绝缘电阻表检定装置	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022-06-01	√
生产部(大龙街生产基地)	压力表	20220596565	$(0\sim1.6)$ MPa/0.05MPa	允差 ± 0.04 MPa	数字压力表 TS-SB-21348	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022-07-28	√
品管部	数字示波器	C2126120687	UTD2102CEZ	允差 MPE $\pm 1.0\%$	频率计 TS-SB-10732 多功能校准仪 TS-SB-10354 数字多用表 TS-SB-07168	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022-05-25	√
制程品管部	耐压测试仪	04439	CC2672A	交流电压: 允差 MPE ± 0.25 直流电压 MPE: ± 0.25 交流直击电流 MPE: ± 0.95	耐电压测试 TS-SB-07389 绝缘电阻表检定 TS-SB-12622	深圳天溯计量检测股份有限公司	2021-12-17	√
审核综合意见: 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《测量设备溯源管理程序》,公司未建最高计量标准,测量设备由品管部负责溯源。 公司测量设备全部委托深圳天溯计量检测股份有限公司等机构检定/校准,校准/检定证书由品管部保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022 年 11 月 18 日								
审核员签字: 邱柏臣 部门代表签字: 梁豪祥								

说明:“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。