



编号: 0222-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	广州市保伦电子有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产部		陪同人员: 聂小辉	
不符合事实描述: 提供有压力表 (出厂编号 20220596565) 校准证书: Z20222-H124931G, 但未列入计量设备台帐。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003/ISO 10012-2003 6.3.1</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合__01__; 审核员(签名) <u>胡之</u> 陪同人员(签名) <u>聂小辉</u> 企业部门代表(签名) <u>韦夏</u> 日期: 2022. 11. 18			
纠正措施: 1. 已对相关部门人员进行标准培训; 2. 已将压力表(出厂编号 20220596565)列入计量设备台帐。 企业部门代表签名: <u>韦夏</u> 审核员签名: <u>胡之</u>			
纠正措施完成情况: 整改基本符合要求, 同意关闭不符合项, 待下次现场再验证 审核组代表签名: <u>邱相臣</u> 日期: 2022. 11. 23			

可另附页

培训记录表

培训项目	外审不符合项培训	培训对象	品管部
培训时间	2022 年 11 月 19 日	培训教师	邱年生
培训地点	会议室	培训方式	现场讲解
考核方式	☒ 口试 ☐ 笔试 ☐ 操作 ☐ 其他:		

培训主要内容: GB/T19022-2003/ISO10012-2003 测量管理体系标准 6.3.1 条款

序号	部 门	姓 名	考核结果			序号	部 门	姓 名	考核结果		
			优 秀	合 格	不 合 格				优 秀	合 格	不 合 格
1	品管部	罗发全		✓		16					
2	品管部	黄基水		✓		17					
3	品管部	钟观华		✓		18					
4	品管部	黄慧娟		✓		19					
5	品管部	文艳飞		✓		20					
6	品管部	黄集华		✓		21					
7	品管部	张金瑞		✓		22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

培训效果:

合格

注: 接受培训人员的考核成绩由培训教师评核。对不考试的进行员工课堂态度和工作业绩进行打分, 对于培训考试分数达到 80 分以上为优秀, 分数达到目的 60 分以上为合格, 低于 60 分为不合格, 需要再次培训和补考,

培训教师/日期: 邱年生 2022.11.19

保存期限: 二年

仪器清单							
序号	证书编号	仪器名称	型号/规格	出厂编号	校准日期	到期日期	计量机构
55	Z20223-F030801	数字万用表	UT33C+	W04	2022年6月1日	2023年6月1日	深圳天溯计量检测股份有限公司
56	Z20223-F030833	数字万用表	UT33C+	W05	2022年6月1日	2023年6月1日	深圳天溯计量检测股份有限公司
57	Z20223-F031830	数字万用表	VC9805A+	095504663	2022年6月1日	2023年6月1日	深圳天溯计量检测股份有限公司
58	Z20223-F031836	数字万用表	VC9805A+	092639160	2022年6月1日	2023年6月1日	深圳天溯计量检测股份有限公司
59	Z20222-F048779	电批扭力测试仪	HP-100	12713	2022年6月1日	2023年6月1日	深圳天溯计量检测股份有限公司
60	Z20223-F049706	电源测试治具	780*510*210mm	ITC-LEDSG-G-0004	2022年6月1日	2023年6月1日	深圳天溯计量检测股份有限公司
61	Z2022C-F048404	震动台	JQ-890A	504161072	2022年6月1日	2023年6月1日	深圳天溯计量检测股份有限公司
62	Z20220-F331932	数显卡尺	(0-200) mm/0.01mm	A18077478	2022年6月29日	2023年6月29日	深圳天溯计量检测股份有限公司
63	Z20220-F032327	带表卡尺	(0-500) mm/0.02mm	K18C288521	2022年6月1日	2023年6月1日	深圳天溯计量检测股份有限公司
64	Z20220-F032301	带表卡尺	(0-200) mm/0.02mm	K19M082057	2022年6月1日	2023年6月1日	深圳天溯计量检测股份有限公司
65	Z20220-F031988	数显测厚规	(0-12.7) mm/0.001mm	SYA191013161	2022年6月1日	2023年6月1日	深圳天溯计量检测股份有限公司
66	Z20220-F032341	游标卡尺	(0-1000) mm/0.02mm	H99487	2022年6月1日	2023年6月1日	深圳天溯计量检测股份有限公司
67	Z20222-H124931G	压力表	(0-1.6) MPa/0.05MPa	20220596565	2022年7月28日	2023年1月27日	深圳天溯计量检测股份有限公司