



测量设备溯源抽查表

编号：0125-2018-2021

企业名称	福建省国土测绘院有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
工程测量事业部	全站型电子速测仪	1348773	TS02uitra-5"	II级	精密水准仪经纬仪综合检定仪：I级 福州海比基线场： $\pm 1.13\text{mm}$	福建省测绘计量检定站	2021年12月7日	√
工程测量事业部	水准仪	OJ0099	DL-111C	II级	精密水准仪经纬仪综合检定仪：I级	福建省测绘计量检定站	2022年6月7日	√
厦门分公司	全球定位系统（GPS）接收机	S825581 1715096 5CSS	银河1	天线相位： $U(\text{tx})=0.8\text{mm}, k=2;$ 短基线： $U(\text{dj})=3.8\text{mm}, k=2;$ 中、长基线： $U(\text{cj})=6.2\text{mm}, k=2;$	GNSS接收机检定场超短基线场 $\pm 0.09\text{mm}$	福建省测绘计量检定站	2022年6月9日	√
工程测量事业部	全球定位系统（GPS）接收机	947339	T5	天线相位： $U(\text{tx})=0.8\text{mm}, k=2;$ 短基线： $U(\text{dj})=3.8\text{mm}, k=2;$ 中、长基线： $U(\text{cj})=6.2\text{mm}, k=2;$	GNSS接收机检定场超短基线场 $\pm 0.09\text{mm}$	福建省测绘计量检定站	2021年12月13日	√
审核综合意见： 测绘院未建立最高计量标准，测量设备由安全生产办公室负责溯源。测绘院测量设备全部委托福建省测绘计量检定站进行检定/校准，检定校准证书由经营管理科保存。根据抽查情况，该测绘院的检定校准情况符合溯源性要求。								
审核日期：2022年11月18日上午~11月18日下午。								
审核员签字：刘前胜 部门代表签字：谢利军								

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。