



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表 (07 版)

编号: 0699-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	广东鼎泰新材料科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品管部	邵氏硬度计	39125803	LXD-A	最大允许误差: $\pm 0.5\text{HA}$, $U=0.3\text{HA } k=2$	标准测力仪: 0.3 级	广东省世通仪器检测服务有限公司	2022.08.05	√
品管部	旋转粘度计	LC2011128	NDJ-5S	$U_{\text{rel}}=2.0\%$ $k=2$	标准黏度液: $U_{\text{rel}}=0.42\%$ $k=2$	广东省世通仪器检测服务有限公司	2022.08.05	√
研发部	电子天平	2060734	LQ-C500 3/500g	$U=0.003\text{g}$ $k=2$	法码 F2 等级	广东省世通仪器检测服务有限公司	2022.08.05	√
品管部	伺服拉力试验机	202105001	DX8327	$U_{\text{rel}}=0.8\%$ $k=2$	标准测力仪: $U_{\text{rel}}=0.08\%$ $k=2$	东莞市帝恩检测有限公司	2022.11.12	√
生产部	数显厚度规	DTPG026	(0~25.4) mm	$U=0.005\text{mm}$ $k=2$ $\pm 0.015\text{mm}$	量块 2 等	东莞市帝恩检测有限公司	2022.11.12	√
品管部	二次元测量仪	DTPG025	VMS-1510	X 轴: $U=2.1\mu\text{m}$ Y 轴: $U=1.9\mu\text{m}$ $k=2$	玻璃线纹尺: $U=(0.14+1.0L)\mu\text{m}$ $k=2$	东莞市帝恩检测有限公司	2022.11.12	√
品管部	导热系数测试仪	DTPT009	LT-9389	$U_{\text{rel}}=1.8\%$ $k=2$	绝热材料导热系数参比板: $U=0.0002\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ $k=2$	东莞市帝恩检测有限公司	2022.11.12	√
生产部	数显卡尺	DTPT003	(0~300) mm	$\pm 0.04\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}$ $k=2$	数显千分尺 $U=0.7\mu\text{m}$ $k=2$	东莞市帝恩检测有限公司	2022.11.12	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托广东省世通仪器检测服务有限公司、东莞市帝恩检测有限公司检定/校准，校准/检定证书由品管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 11 月 19 日上午~11 月 20 日上午

审核员签字:

刘东胜

部门代表签字:

龙志国