



编号: 1136-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	宁波九菱电机有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品保部		陪同人员: 杨兵华	
不符合事实描述: 抽查: 生产在用的程控耐压测试仪, 规格型号为 LK7110, 编号为 C110-0620-010, 2022 年 08 月 29 日经江苏银河计量检测有限公司校准、合格, 有效期至 2023 年 08 月 28 日; 未按要求张贴计量确认状态标识, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.2.4 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___√___; 审核员(签名) <u>王瑞</u> 陪同人员(签名) <u>杨兵华</u> 企业部门代表(签名) <u>王瑞</u> 日期: 2022 年 12 月 02 日			
纠正措施: 立即将此台设备粘贴计量确认合格标识, 举一反三检查现场其他计量设备有无类似现象, 一并纠正。 企业部门代表签名: <u>王瑞</u> 审核员签名: <u>王瑞</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>王瑞</u> 日期: 2022 年 12 月 02 日			

可另附页

