



测量设备溯源抽查表

编号: 0180-2019-2023

企业名称	德州金玉石石油机械科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	程控荧光磁粉探伤机	0019 11 2	CJW-50 00	$\pm 5\%$ $U_{rel}=0.8\%, k=2$	探伤仪校准装置: 1.20%	方圆检测认证有限公司	2022.11. 11	√
生产部	冲击试验机	JY03117 2	JB-150J	力矩: $U_{rel}=0.3\%$, 长度: $U_{rel}=0.3\%, k=2$	数显角度测试仪: $U=0.1^{\circ}$, $k=2$	方圆检测认证有限公司	2022.11. 11	√
生产部	X射线探伤仪	222015	XXG250 5	$U_{rel}=7.5\%$, $k=2$	探伤灵敏度试块: $U_{rel}=0.8\%, k=2$	中溯计量检测有限公司	2022.03. 15	√
质检部	里氏硬度计	068	BH200 C	$\pm 12HLD$ $U=7HLD$, $k=2$	标准里氏硬度块: $U=5HLD$, $k=2$	深圳中测计量技术有限公司	2022.11. 11	√
质检部	精密压力表	HC695 916020 40	(0-40) MPa	$\pm 0.16 \text{ MPa}$ $U=0.10\%FS$, $k=2$	活塞式压力计: 0.05 级	深圳中测计量技术有限公司	2022.11. 11	√
质检部	外径千分尺	B54580	(125-150)mm	$\pm 6\mu\text{m}$ $U=1.8\mu\text{m}$, $k=2$	量块: 4 等	深圳中测计量技术有限公司	2022.11. 11	√
质检部	游标卡尺	1202805 8	(0-200)mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.01 \text{ mm}$, $k=2$	量块: 5 等	深圳中测计量技术有限公司	2022.11. 11	√
质检部	钢卷尺	1901119	2m	$\pm (0.3+0.2*L)\text{mm}$ $U=0.04\text{mm}+10^{-5}L$, $k=2$	标准钢卷尺: $\pm (0.03+0.03L) \text{ mm}$	深圳中测计量技术有限公司	2022.11. 11	√
质检部	圆螺纹套管工作量规	0846	7"CSG	$U=0.025 \text{ mm}$, $k=2$	圆螺纹套管校对量规: $U=0.06 \text{ mm}$, $k=2$	宝鸡市宝石油量规检测中心	2022.06. 06	√

审核综合意见:

企业未建立最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。企业测量设备全部委托“方圆检测认证有限公司(机构注册编号: CNAS L7928)”、“中溯计量检测有限公司(机构注册编号: CNAS L10073)”、“深圳中测计量技术有限公司(机构注册编号: CNAS L4085)”、“宝鸡市宝石油量规检测中心(机构注册编号: CNAS L3330)”4 家机构检定校准。校准证书质检部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2023 年 01 月 07 日上午—2023 年 01 月 07 日下午

审核员签字:

刘勇胜

部门代表签字:

刘福强