



编号: 0180-2019-2023

不符合项报告

企业名称:	德州金玉石油机械科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 刘福新	
不符合事实描述: 查质检部现场使用的型号规格 (100-250) mm、出厂编号为 8092755 的“内径百分表”的校准证书, 校准日期为 2022 年 11 月 11 日, 证书上“本次校准使用的主要计量标准器具”中主标准器“光栅式指示表检定仪”, 未标注该设备的计量特性值, 企业未提供出对测量设备进行计量确认验证的记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>7.1.1 计量确认总则</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>刘东胜</u> 陪同人员(签名) <u>刘福新</u> 企业部门代表(签名) <u>刘福新</u> 日期: 2023 年 1 月 7 日			
纠正措施: <u>立即联系校准机构对计量特性信息进行补证后</u> <u>进行计量确认验证并第一返三进行整改</u> 企业部门代表签名: <u>刘福新</u> 审核员签名: <u>刘东胜</u>			
纠正措施完成情况: <u>重新校准的证书已经有效。</u> 审核组代表签名: <u>刘东胜</u> 日期: <u>2023.1.7</u>			