



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-II-06 测量设备溯源抽查表 (07 版)

测量设备溯源抽查表

编号: 1221-2021-2022

企业名称 无锡智能自控工程股份有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量检验部	压力表	DY04-016	(0~6)MPa	(0~6)MPa 1.6级	精密不锈钢压力表 (-0.1~6)MPa ±0.4%	无锡市检验检测研究院	2022.8.12	✓
质量检验部	压力表	DY04-015	(0~6)MPa	(0~6)MPa 1.6级	精密不锈钢压力表 (-0.1~6)MPa ±0.4%	"	2022.8.12	✓
质量检验部	外径千分尺	LS30-J003	(25~50)mm	(25~50)mm ±0.005mm	量块 4等 (5.12~100)mm	无锡市计量测试院	2022.5.24	✓
质量检验部	数显游标卡尺	WXA-5J-005	200HRS-150	(20~70)HRC ±1.5HRC	洛氏硬度计 数显(20~70)HRC	"	2021.12.6	✓
质量检验部	可燃气体检测仪	RGT201201 451	RBT-600- ZLGX/A	(0~100)%LEL ±5%FS	(0~100)%LEL ±1%LEL	"	2021.12.6	✓
质量检验部	压力表	Y206-004	(0~6)MPa	(0~6)MPa 1.6级	精密不锈钢压力表 (-0.1~6)MPa ±0.4%	无锡市检验检测研究院	2022.8.12	✓
质量检验部	数显卡尺	LS18-004	(0~300)mm	(0~300)mm ±0.04mm	量块 4等 (10~291.8)mm	无锡市计量测试院	2022.5.24	✓
审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由) 公司已制定《计量确认过程控制程序》、《物资资源管理程序》、《溯源管理程序》、《外部供方控制程序》, 公司建立最高计量标准, 检测仪器由质量检验部负责溯源, 公司测量设备检定/校准全部委托无锡市检验检测研究院、扬州市天域计量测试有限公司等机构实施检定/校准。检定/校准证书由质量检验部负责保管。该公司计量检定/校准情况符合溯源标准要求。								
审核日期: 2022年11月21日~11月22日 审核员签字: 邱展英 部门代表签字: 孙华								

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。