



测量设备溯源抽查表

编号: 0224-2020-2022

企业名称	玫德集团有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
海外技术共享中心	量块	110112	(10-291.8) mm	4 等	三等量块标准装置	山东省计量科学院	2022.7.19	√
玛钢制造部	直读光谱仪	DF134	DF100	$U=0.002\%$ $K=2$	碳素钢光谱分析用系列标准样品	山东中准检测技术有限公司	2022.10.8	√
玛钢制造部	千分尺	A860	(0-25) mm	3 等	二等量块标准装置	玫德集团有限公司计量室	2022.7.8	√
玛钢制造部	游标卡尺	01795	(0-300) mm	3 等	二等量块标准装置	玫德集团有限公司计量室	2022.7.19	√
玛钢制造部	微机控制电液伺服万能试验机	067	WAW-1000	$U_{rel}=0.2\%$ $K=2$	标准测力仪 0.1 级	山东中准检测技术有限公司	2022.10.8	√
玛钢制造部	测厚仪	CH7852	456 型	$U=1.6 \mu m$ $K=2$	标准厚度片 $U=(0.2-2.0) \mu m$ $K=2$	山东中准检测技术有限公司	2022.8.4	√
玛钢制造部	电子天平	198390	YP5002	III 级	电子天平检定装置	平阴县计量检定所	2022.9.2	√
玛钢制造部	压力表	200401	(0-6) MPa	$U=0.8\%FS$ $K=2$	数字压力表 0.05 级	山东中准检测技术有限公司	2022.9.29	√
审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由) 公司已建立了测微量具、卡尺量具检定装置计量标准器, 测量设备全部送至山东省计量科学研究院、山东中准检测技术有限公司、中溯计量检测有限公司、平阴县计量检定所检定、校准, 抽查 8 台件测量设备, 符合量值溯源性管理的要求。								
审核日期: 2022 年 11 月 21 日 至 22 日上午								
审核员签字: 刘琳 部门代表签字: 刘琳								

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。