



测量设备溯源抽查表

编号: 1078-2021-2022

企业名称	广东海盛建设工程集团有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
公路部	游标卡尺	522528	(0~150)mm	±0.03mm	量块: 5 等	沈阳计量测试院	2022. 11. 07	√
公路部	钢卷尺	TDL-04	5m	II 级	标准钢卷尺: MPE:± (0.3+0.2L) mm	沈阳计量测试院	2022. 11. 09	√
公路部	钢直尺	TDL-10	1000mm	± 0.20mm	三等标准金属 线纹尺: 三等	沈阳计量测试院	2022. 11. 09	√
公路部	游标卡尺	3735754	(0~300) mm	±0.04mm	量块: 5 等	沈阳计量测试院	2022. 11. 07	√
公路部	万用表	02	VC830L	DCV: $U_{rel}=0.20\%$ ACV: $U_{rel}=0.20\%$ DCA: $U_{rel}=0.20\%$	多功能校准器 DCV: $U_{rel}=0.01\%$, ACV: $U_{rel}=0.02\%$	广东省世通仪器检测服务有限公司	2021. 12. 27	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》,《量值溯源管理控制程序》,测量设备由公路部负责溯源。公司测量设备均委托沈阳计量测试院、广东省世通仪器检测服务有限公司等第三方机构检定/校准,校准/检定证书由公路部保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 11 月 21 日

审核员签字: 

部门代表签字: 

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。