



测量设备溯源抽查表

编号：1073-2021-2022

企业名称	佛山市三水乐福米业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	定量包装秤	1611141	DCS-50FB	X (0.5) 级	砝码 M1 级 砝码 M2 级 电子天平III 级	佛山市质量计量 监督检测中心	2022.7.25	√
生产部	定量包装秤	200806960	DCS-50A	X (0.5) 级	砝码 M1 级 砝码 M2 级 电子天平III 级	佛山市质量计量 监督检测中心	2022.7.25	√
质检部	机械天平	9532	TG328A	I 3 级	砝码 E2 级	佛山市质量计量 监督检测中心	2022.7.25	√
质检部	干燥箱	0249	202-1	±2.0℃	多点温湿度 测试仪 0.05 级	佛山市质量计量 监督检测中心	2022.7.25	√
生产部	电子汽车衡	ZF012715	SCS-100	III级, d=e=50kg	砝码 M1 级 砝码 M2 级	佛山市质量计量 监督检测中心	2022.8.31	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准 XX 项, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托佛山市质量计量监督检测中心检定/校准, 校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 11 月 25 日

审核员签字:

柯冰

部门代表签字:

梁明华

说明: “计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。