



编号: 1195-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏兴华昌发电设备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产部		陪同人员: 吕志华	
不符合事实描述: 生产部现场使用的规格为 VICTOR VC890D 的数字万用表未进行计量检定/校准, 不符合 6.3.1 测量设备的要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.3.1 测量设备</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>刘易友</u> 陪同人员(签名) <u>吕志华</u> 企业部门代表(签名) <u>高磊磊</u> 日期: 2022 年 11 月 24 日			
纠正措施: 立即组织管理人员核对加数字万用表使用状况及时完成送检, 并查找同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u>高磊磊</u> 审核员签名: <u>刘易友</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>刘易友</u> 日期: 2022 年 11 月 25 日			

可另附页

