



测量设备溯源抽查表

企业名称	四川量和科技开发有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术部	多功能温度校验仪	316110 40007	316S	热电偶: $U=0.15^{\circ}\text{C}$ $k=2$ 热电阻: $U=0.10^{\circ}\text{C}$ $k=2$	温度二次仪表检定装置 $-200^{\circ}\text{C}\sim 1800^{\circ}\text{C}$ 热电偶功能: $U=(0.04\sim 0.20)^{\circ}\text{C}$ $k=2$ 热电阻功能: $U=(0.01\sim 0.12)^{\circ}\text{C}$ $k=2$	中国测试技术研究院	2022. 04.22	√
质量部	数字压力检测仪	273111 60016	const 273	0.05 级	气体活塞式压力表 ($-100\sim 1000$) kPa 0.01 级	四川省油气化工产业计量测试中心	2022. 04.23	√
质量部	智能数字压力检验仪	273115 009	Const273	0.05 级	活塞式压力计 ($1\sim 100$) MPa 0.01 级	四川省化学分析检测设备计量检定站	2022. 04.25	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《测量设备溯源管理程序》,公司未建最高计量标准,测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托中国测试技术研究院、四川省化学分析检测设备计量检定站检定/校准,校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况,该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 11 月 21 日上午~11 月 22 日上午

审核员签字: 杨冰

部门代表签字: 孙长

