



编号: 1245-2022

不符合项报告

企业名称:	四川量和科技开发有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 质量部		陪同人员: 孙东	
不符合事实描述: 查质量部出厂编号为 31611040007 的多功能温度校准仪, 校准日期为 2022 年 04 月 22 日, 未粘贴计量确认状态标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “6.2.4 标识”</u> 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u> 审核员(签名) <u>于希奇</u> 陪同人员(签名) <u>孙东</u> 企业部门代表(签名) <u>孙东</u> 日期: 2022 年 11 月 22 日			
纠正措施: 立即组织质量部人员核对出厂编号为 31611040007 的多功能温度校准仪校准证书, 并按照检定结果粘贴标识。查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u>孙东</u> 审核员签名: <u>于希奇</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>于希奇</u> 日期: 2022 年 11 月 22 日			

