



编号: 1247-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	广东极普斯商用厨具制造有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品质部	钢卷尺	JPS-05	5m	II 级	标准钢卷尺 $U=5\mu m+5\times 10^{-6}L, k=2$	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.11.4	√
品质部	钢卷尺	JPS-06	3m	II 级	标准钢卷尺 $U=5\mu m+5\times 10^{-6}L, k=2$	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.11.4	√
品质部	游标卡尺	JPS-03	0-200mm	$U=0.01mm, k=2$	量块 5 等	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.11.4	√
生产部	角度尺	JPS-04	0-180°	$U=1', k=2$	角度块 $U=3^\circ, k=2$	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.11.4	√
生产部	游标卡尺	JPS-01	0-300mm	$U=0.02mm, k=2$	量块 5 等	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.11.4	√
品质部	测厚仪	JPS-02	0-10mm/0.1mm	$\pm 0.05mm$	量块 3 等	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.11.4	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司校准, 校准证书由品质部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 11 月 23 日中午~11 月 24 日下午

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “测量设备计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。