



编号: 0215-2019-2022

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	产品绝缘厚度检测过程	被测参数要求(含公差)	BVR2.5 绝缘平均厚度 $\geq 0.8\text{mm}$		
被测参数要求识别依据文件		JLY-EI-001.3《电线电缆产品检验标准 第3部分:最终产品检验标准》			
计量要求导出方法(可另附) 公司 BVR2.5 绝缘平均厚度常规检测结果: $(0.8\sim 0.9)\text{mm}$ 测量过程的测量范围要求: $(0.6\sim 1.0)\text{mm}$ $U_{允}=T/3=0.1/3=0.03\text{mm}$ 测量设备的计量要求: 测量设备: $(0.1\sim 2.0)\text{mm}$ 测量设备的 $MPEV=1/2 U_{允}=0.03/2=0.015\text{mm}$					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度)	校准/检定证书编号	校准/检定日期
	电子数显投影仪/K12W00197	JT12A-B	示值误差最大值: $+2.8\mu\text{m}$ 测量不确定度 $U=1.4\mu\text{m}$, $k=2$	NZC21121895	2021 年 12 月 28 日
计量验证记录 测量设备的测量范围满足要求,测量设备经过校准,示值误差小于测量设备最大允许误差,满足计量要求。 验证结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注:在选项上打 $\checkmark$,只选一项) 验证人员签字: 王平 验证日期: 2022 年 11 月 26 日					
认证审核记录: 1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; 2. 计量要求导出方法正确; 3. 测量设备的配备满足计量要求; 4. 测量设备已检定/校准; 5. 测量设备验证正确。 审核员签名: 孙晓峰 企业代表签字: 何明 审核日期: 2022 年 11 月 26 日					